



Śląskie.

Jednostka ochrony zdrowia

Samorządu Województwa Śląskiego

SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze • tel: 32 22 13 661 • fax: 32 22 15 920

www.szpitalorzese.pl • sekretariat@szpitalorzese.pl

NIP: 635-15-71-599 • REGON: 276184500

Orzesze, dnia 29.10.2019 r.

Do wszystkich zainteresowanych

I Działając na podstawie art. 38 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych udziela się wyjaśnień w przedstawionych kwestiach dotyczących przetargu nieograniczonego na: „Zakup łóżek specjalistycznych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu” - ZP/PN/12/2019

Pytania 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 42 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne łóżka 220 cm x 97 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 85 cm x 200 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści leże wykonane z płyt HPL?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści leże wykonane z płyt stalowych, lakierowanych proszkowo?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości leża przy użyciu pilota w zakresie od 40 cm do 80 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści kąt przechyłu Trendelenburga od 0° do 14°?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści kąt przechyłu anty-Trendelenburga od 0° do 15°?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w kontener bez dodatkowej półki w środku?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z możliwością ustawienia zarówno z prawej, jak i lewej strony łóżka pacjenta, ze względu na blat wysuwany w prawą lub lewą stronę,



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



KRS: 0000064521

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

szafka wyposażona w drzwiczki i szufladę otwieraną jednostronnie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 400 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 480 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania 2

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 870 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 990 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami tworzywowymi z polipropylenu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem 16° i anty-Trendelenburgiem 16°?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie 0-43°?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 38-81 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z powierzchniami lakierowanymi proszkowo w kolorze szarym oraz wypełnieniem szczytów w kolorze szarym (barierki boczne metalowe lakierowane proszkowo bez kolorowych wklejek)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowych kształtowników lakierowanych proszkowo, z wypełnieniem z płyty lawinowej typu hpl?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu trudnopalnym (przeszedł test tzw. „zapał” oraz „płomienia”)?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych oraz pozostałymi elementami wykonanymi ze stali oraz płyty tworzywowej hpl?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ.

11. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającej się z dwóch szuflad (mniejsza u góry oraz większa – kontenerowa u dołu) oraz otwartej półki między nim?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez blatu bocznego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym składanym do boku szafki?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach zewnętrznych: 555 szerokość ze złożonym blatem bocznym; szerokość bez blatu bocznego wynosi 434 mm;) x 451 x 875 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami o wysuwie jednostronnym do których dostęp jest zarówno z lewej jak i prawej strony szafki (szafka o charakterystyce dwustronnej)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

16. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o kolorystyce takiej jak łóżka?

Odp. Zamawiający wymaga (pkt 23 załącznika nr 1 do SIWZ).

17. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytania 3

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 42 dni ?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w punkcie 12. opisu dopuści łóżko gdzie szczyty łóżka lakierowane proszkowo odejmowane, wypełnione wysokiej jakości odejmowaną płytą HP, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w punkcie 20. opisu dopuści łóżko gdzie Wymiary zewnętrzne łóżka: to 102 cm x 215cm , Wymiary leża: 90 cm x 200 cm

Typ leża: listwy metalowe

Elektryczna regulacja wysokości leża przy użyciu pilota w zakresach od 39,5cm do 79 cm

Regulacja segmentu oparcia pleców od 0° do 73°

Regulacja segmentu oparcia nóg od 0° do 40°

Kąt przechyłu Trendelenburga 0° do 10°/16°

Kąt przechyłu anty Trendelenburga 0° do 15°?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający jako wyposażenie dopuści szafkę o następujących parametrach:

1. Wymiary;

Szerokość - 420 mm

Głębokość - 450 mm

Wysokość - 880 mm



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



KRS: 0000064521
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

2. Konstrukcja wykonana z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym
3. Powłoki lakiernicze całej szafki odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne
4. Skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l
5. Błat szafki z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów
6. Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi
7. Szafka ma posiada koła jezdne o Ø 65 mm cztery z blokadą
8. Półka na obuwie/basen w dolnej części szafki
9. Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady
10. Czoła szuflady i szafki lakierowane proszkowo z możliwością wyboru koloru TAK
11. Waga szafki 28 kg TAK

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ (pkt 23 załącznika nr 1 do SIWZ).

II Zamawiający na podst. art. 38 ust 4 ustawy PZP dokonuje zmiany treści SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na: „Zakup łóżek specjalistycznych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu” - ZP/PN/12/2019

1. SIWZ, ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

było:

„...Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 31.10.2019r. do godz. 10:00 ...”

po zmianie ma być:

„...Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 05.11.2019r. do godz. 10:00 ...”

2. SIWZ, ROZDZIAŁ X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

było:

„2. Termin składania ofert.

Upływa dnia 31.10.2019r. do godz. 10:00

3. Termin otwarcia ofert.

Dnia 31.10.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego – Szpital Chorób Płuc w Orzeszu, ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze...”

po zmianie ma być:

„2. Termin składania ofert.

Upływa dnia 05.11.2019r. do godz. 10:00

3. Termin otwarcia ofert.

Dnia 05.11.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego – Szpital Chorób Płuc w Orzeszu,

ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze...”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
[Podpis]
mgr Łukasz Pach



KRS: 000064521
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego