



Śląskie.

Jednostka ochrony zdrowia

Samorządu Województwa Śląskiego

SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze • tel: 32 22 13 661 • fax: 32 22 15 920

www.szpitalorzese.pl • sekretariat@szpitalorzese.pl

NIP: 635-15-71-599 • REGON: 276184500

Orzesze, dnia 12.11.2019 r.

Do wszystkich zainteresowanych

I Działając na podstawie art. 38 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych udziela się wyjaśnień w przedstawionych kwestiach dotyczących przetargu nieograniczonego na: „Dostawa, dzierżawa oraz serwisowanie koncentratorów tlenu dla potrzeb Domowego leczenia tlenem” - ZP/PN/13/2019

PYTANIE 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeglądów okresowych wraz z wymianą filtrów dwa razy w roku koncentratorów w okresie gwarancji i dopuści przegląd aparatów co 12 miesięcy?

Zgodnie z aktualnym Zarządzeniem nr 45/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dn. 11.04.2019r. nie jest określona częstotliwość wymaganych przeglądów w zakresie realizacji świadczeń tlenoterapii domowej - przeglądy aparatów wykonywane są według zaleceń producentów.

Zgodnie z zaleceniami producenta przegląd koncentratorów tlenu co 12 miesięcy.

W związku z powyższym prosimy o zmianę w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na:

12. Wymiany akcesoriów dokonywane będą na następujących zasadach:

Kaniule tlenowe lub maski – w liczbie umożliwiającej ich wymianę co najmniej raz w miesiącu powietrza, filtra przeciwbakteryjnego oraz nawilżacza powietrza co 12 miesięcy

13. Ponadto Wynajmujący będzie dokonywał pomiaru stężenia wytwarzanego przez koncentrator tlenu przy przepływie 2l/min co 12 miesięcy.

14. Wynajmujący zobowiązany jest do przeglądu i wymiany filtra bakteryjnego po każdej zmianie pacjenta oraz dokonania co 12 miesięcy przeglądu osprzętu medycznego oraz sporządzenia protokołu z każdego przeglądu i przedstawienia go Najemcy.

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu przeglądów okresowych wraz z wymianą filtrów dwa razy w roku i dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

„12. Wymiany akcesoriów dokonywane będą na następujących zasadach:

kaniule tlenowe lub maski – w liczbie umożliwiającej ich wymianę co najmniej raz w miesiącu, wymiana filtra powietrza, filtra przeciwbakteryjnego oraz nawilżacza powietrza na każdym przeglądzie technicznym.

13. Ponadto Wynajmujący będzie dokonywał pomiaru stężenia wytwarzanego przez koncentrator tlenu przy przepływie 2l/min na każdym przeglądzie technicznym.

14. Wynajmujący zobowiązany jest do przeglądu i wymiany filtra powietrza, filtra przeciwbakteryjnego oraz nawilżacza powietrza po każdej zmianie pacjenta oraz dokonania przeglądu Osprzętu medycznego zgodnie z zaleceniami producenta zaferowanych koncentratorów tlenu oraz sporządzenia protokołu z każdego przeglądu i przedstawienia go Najemcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa NFZ nr 45/2019/DSOZ. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie producenta co do częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych zaferowanych koncentratorów tlenu.”

Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w załączeniu.

Kierownik ds. Organizacyjnych
Joanna Jankiewicz



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



KRS: 000064521

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

II Zamawiający na podst. art. 38 ust 4 ustawy PZP dokonuje zmiany treści SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na: „Dostawa, dzierżawa oraz serwisowanie koncentratorów tlenu dla potrzeb Domowego leczenia tlenem” - ZP/PN/13/2019

1. W SIWZ, załącznik nr 5 – Projekt umowy, §1 ust. 1
było:

„Wynajmujący oddaje Najemcy w najem 160 szt. nowych/używanych*, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017 roku, koncentratorów tlenu model/typ, poziom natężenia dźwięku dB, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, o parametrach określonych w ofercie z dnia, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zwanych dalej również Osprzętem Medycznym, wraz z pełnym wyposażeniem, przez które rozumie się akcesoria niezbędne do użytkowania Osprzętu Medycznego, tj.: wąsy tlenowe 2.1 m w ilości 3 szt., przewód tlenowy długości min. 7 m ze złączką, filtr powietrza oraz nawilżacz tlenowy.”

po zmianie ma być:

„Wynajmujący oddaje Najemcy w najem 160 szt. nowych/używanych*, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017 roku, koncentratorów tlenu model/typ, poziom natężenia dźwięku dB, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, o parametrach określonych w ofercie z dnia, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zwanych dalej również Osprzętem Medycznym, wraz z pełnym wyposażeniem, przez które rozumie się akcesoria niezbędne do użytkowania Osprzętu Medycznego, tj.: wąsy tlenowe 2.1 m w ilości 3 szt./kwartał, przewód tlenowy długości min. 7 m ze złączką w ilości 3 szt./kwartał, filtr powietrza, filtr przeciwbakteryjny oraz nawilżacz tlenowy.”

2. W SIWZ, załącznik nr 5 – Projekt umowy, §1 ust. 6
było:

„W terminie do dnia 01.12.2019 Wynajmujący dostarczy na swój koszt Osprzęt Medyczny do Użytkowników wskazanych przez Najemcę w wykazie, który zostanie przesłany Wynajmującemu faksem w dniu zawarcia umowy, na podstawie którego Wynajmujący:

- dostarczy i zainstaluje Osprzęt Medyczny z pełnym wyposażeniem (przez pełne wyposażenie rozumie się akcesoria niezbędne do użytkowania Osprzętu Medycznego, tj.: wąsy tlenowe 2.1 m w ilości 3 szt., przewód tlenowy długości min. 7 m ze złączką filtr powietrza oraz nawilżacz tlenowy) pod wskazany na skierowaniu adres pobytu Użytkownika, oraz.....”

po zmianie ma być:

„W terminie do dnia 01.12.2019 Wynajmujący dostarczy na swój koszt Osprzęt Medyczny do Użytkowników wskazanych przez Najemcę w wykazie, który zostanie przesłany Wynajmującemu faksem w dniu zawarcia umowy, na podstawie którego Wynajmujący:

- **dostarczy i zainstaluje Osprzęt Medyczny z pełnym wyposażeniem (przez pełne wyposażenie rozumie się akcesoria niezbędne do użytkowania Osprzętu Medycznego, tj.: wąsy tlenowe 2.1 m w ilości 3 szt./kwartał, przewód tlenowy długości min. 7 m ze złączką w ilości 3 szt./kwartał, filtr powietrza, filtr przeciwbakteryjny oraz nawilżacz tlenowy) pod wskazany na skierowaniu adres pobytu Użytkownika, oraz.....”**

3. W SIWZ, załącznik nr 5 – Projekt umowy, §1 ust. 8
było:

„W przypadku zakwalifikowania do użytkowania Osprzętu Medycznego nowego Użytkownika w ramach Programu Domowego Leczenia Tlenem Najemca prześle faksem/mailem do Wynajmującego skierowanie do użytkowania Osprzętu Medycznego, na podstawie którego Wynajmujący:

• w czasie nie przekraczającym 24 godzin licząc od momentu przesłania faksu, bez względu na dzień tygodnia (tj. zarówno w dzień roboczy jak i sobotę oraz niedzielę a także inny dzień ustawowo wolny od pracy) dostarczy i zainstaluje Osprzęt Medyczny z pełnym wyposażeniem (przez pełne wyposażenie rozumie się akcesoria niezbędne do użytkowania Osprzętu Medycznego, tj.: wazy tlenowe 2.1 m w ilości 3 szt., przewód tlenowy długości min. 7 m ze złączką, filtr powietrza oraz nawilżacz tlenowy) pod wskazany na skierowaniu adres pobytu Użytkownika, oraz

po zmianie ma być:

„W przypadku zakwalifikowania do użytkowania Osprzętu Medycznego nowego Użytkownika w ramach Programu Domowego Leczenia Tlenem Najemca prześle faksem/mailem do Wynajmującego skierowanie do użytkowania Osprzętu Medycznego, na podstawie którego Wynajmujący:

• w czasie nie przekraczającym 24 godzin licząc od momentu przesłania faksu, bez względu na dzień tygodnia (tj. zarówno w dzień roboczy jak i sobotę oraz niedzielę a także inny dzień ustawowo wolny od pracy) dostarczy i zainstaluje Osprzęt Medyczny z pełnym wyposażeniem (przez pełne wyposażenie rozumie się akcesoria niezbędne do użytkowania Osprzętu Medycznego, tj.: wazy tlenowe 2.1 m w ilości 3 szt./kwartał, przewód tlenowy długości min. 7 m ze złączką w ilości 3 szt./kwartał, filtr powietrza, filtr przeciwbakteryjny oraz nawilżacz tlenowy) pod wskazany na skierowaniu adres pobytu Użytkownika, oraz”

4. W SIWZ, załącznik nr 5 – Projekt umowy, §3 ust. 1

było:

„Wynajmujący zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania konserwacji/przeглядów technicznych w tym nieodpłatnej wymiany wszystkich filtrów na nowe dedykowane do danego modelu Osprzętu medycznego, co 6 m-cy od daty jego przekazania Użytkownikowi lub od daty poprzedniego przeglądu. Wynajmujący jest zobowiązany do dostarczania Najemcy protokołów poświadczających wykonanie czynności serwisowych/przeглядów.”

po zmianie ma być:

„Wynajmujący zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania konserwacji/przeглядów technicznych w tym nieodpłatnej wymiany wszystkich filtrów na nowe dedykowane do danego modelu Osprzętu medycznego, zgodnie z zaleceniami producenta Osprzętu medycznego, od daty jego przekazania Użytkownikowi lub od daty poprzedniego przeglądu. Wynajmujący jest zobowiązany do dostarczania Najemcy protokołów poświadczających wykonanie czynności serwisowych/przeглядów wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa NFZ nr 45/2019/DSOZ.”

5. W SIWZ, ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

było:

„...Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 14.11.2019r. do godz. 10:00 ...”

po zmianie ma być:

„...Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 15.11.2019r. do godz. 10:00 ...”

6. W SIWZ, ROZDZIAŁ X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

było:

„ 2. Termin składania ofert.

Upływa dnia 14.11.2019r. do godz. 10:00

3. Termin otwarcia ofert.

Dnia 14.11.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego – Szpital Chorób Płuc w Orzeszu, ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze ...”

po zmianie ma być:

„ 2. Termin składania ofert.

Upływa dnia 15.11.2019r. do godz. 10:00

3. Termin otwarcia ofert.

Dnia 15.11.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego – Szpital Chorób Płuc w Orzeszu, ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze ...”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

mgr Łukasz Pach

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, najem oraz serwisowanie 160 koncentratorów tlenu z przeznaczeniem do używania przez pacjentów (użytkowników) zakwalifikowanych do domowego leczenia tlenem w miejscu zamieszkania pacjenta (Urządzenia do podawania tlenu: KOD CPV: 33157800-3, Medyczna aparatura oddechowa KOD CPV: 33157400-9, Urządzenia do terapii tlenowej Kod CPV: 33157810-6).

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wykaz koncentratorów tlenu, który będzie zawierał: Producent/model/ rok produkcji/ numer seryjny.

2. Koncentratory tlenu wykorzystywane będą do przewlekłego leczenia tlenem pacjentów (użytkowników) w warunkach domowych, w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarty z Najemcą (usługa Domowego Leczenia Tlenem) na terenie województwa śląskiego, stan Użytkowników na dzień 31.10.2019 roku:

Orzesze -	15
Mikołów -	18
Łaziska Górne -	19
Lędziny -	2
Bieruń -	1
Tychy -	33
Wry -	3
Gostyń -	2
Bełk -	1
Paniówki -	1
Studzionka -	1
Pszów -	1
Wola -	1
Piasek -	1
Żory -	24
Czerwionka -	1
Rybnik -	3
Ornontowice -	2
Pszczyna -	3
Katowice -	1
Ruda Śl. -	2
Kobiór -	3
Stanowice -	1
Dąbrowa G. -	1
Drogomyśl -	1
Jastrzębie -	1
Kobielice -	1
Studzienice -	1
Jankowice -	1

3. Wynajmujący dostarczy Osprzęt Medyczny na swój koszt do **w terminie do dnia 01.12.2019 roku** do Użytkowników wskazanych przez Najemcę w wykazie, który zostanie przesłany Wynajmującemu faksem w dniu zawarcia umowy.

Wynajmujący zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych pracowników Najemcy w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji Osprzętu medycznego.

4. Dowodem dostarczenia, przekazania Osprzętu Medycznego do Najemcy, będzie protokół zdawczo-odbiorczy / oświadczenie Użytkownika. Treść protokołu zdawczo-odbiorczego / oświadczenie Użytkownika stanowi załącznik nr 3 do Projektu umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. Ponadto Wynajmujący zobowiązany jest przekazać Użytkownikom instrukcje obsługi i etykiety wyrobu w języku polskim.

5. Umowa zostanie zawarta na czas określony: od dnia 01.12.2019 do 30.11.2021 roku,
6. Koszt najmu jednego koncentratora tlenowego powinien obejmować dostawę do Użytkownika wraz z pełnym wyposażeniem, przez które rozumie się akcesoria niezbędne do użytkowania Osprzętu Medycznego, tj.: wazy tlenowe 2.1 m w ilości 3 szt., przewód tlenowy długości min. 7 m ze złączką, filtr powietrza oraz nawilżacz tlenowy, jego odbiór od Użytkownika po zakończeniu leczenia oraz koszty serwisowania i wymiany masek lub kaniul oraz nawilżacza i filtrów oraz innych ewentualnych materiałów zużywalnych.
7. Oferowane koncentratory tlenowe powinny spełniać warunki techniczne niezbędne do ich samodzielnej obsługi przez pacjenta (Użytkownika) w miejscu jego zamieszkania.
8. Ciężar koncentratora tlenowego nie może przekroczyć 30 kg.
9. Poziom natężenia dźwięku wytwarzanego przez koncentrator **maksymalnie 40 dB**.
10. Stężenie tlenu w oferowanym koncentratorze tlenowym przy ustawieniu przepływomierza 2,5l/min powinno wynosić nie mniej niż 90%. Dostarczone w ramach zawartej umowy koncentratory tlenowe powinny posiadać zasilenie z uziemieniem – 230V, 50 Hz i pobór mocy nie więcej niż 350 W. Zakres przepływów od 0,5 do 5 l na minutę.
11. Dostarczone w ramach zawartej umowy koncentratory tlenowe powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku spełniać warunki techniczne określone przez producenta oraz wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175 ze zm.)
12. **Wymiany akcesoriów dokonywane będą na następujących zasadach:**
kaniule tlenowe lub maski – w liczbie umożliwiającej ich wymianę co najmniej raz w miesiącu, wymiana filtra powietrza, filtra przeciwbakteryjnego oraz nawilżacza powietrza na każdym przeglądzie technicznym.
13. **Ponadto Wynajmujący będzie dokonywał pomiaru stężenia wytwarzanego przez koncentrator tlenu przy przepływie 2l/min na każdym przeglądzie technicznym.**
14. **Wynajmujący zobowiązany jest do przeglądu i wymiany filtra powietrza, filtra przeciwbakteryjnego oraz nawilżacza powietrza po każdej zmianie pacjenta oraz dokonania przeglądu Osprzętu medycznego zgodnie z zaleceniami producenta zaoferowanych koncentratorów tlenu oraz sporządzenia protokołu z każdego przeglądu i przedstawienia go Najemcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa NFZ nr 45/2019/DSOZ. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie producenta co do częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych zaoferowanych koncentratorów tlenu.**
15. Wykonawca zapewnia telefoniczną dostępność serwisu w celu zgłoszenia awarii. W przypadku wystąpienia awarii Osprzętu Medycznego Wynajmujący zobowiązuje się usunąć ją maksymalnie **w ciągu 24 godzin** od momentu zgłoszenia przez Użytkownika bez względu na dzień tygodnia, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem zawierającym datę oraz godzinę zgłoszenia oraz usunięcia awarii, potwierdzonym przez Użytkownika a następnie dostarczonym do Najemcy. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii na miejscu musi zostać w ciągu 10 godzin przekazany koncentrator zastępczy, o czym będzie pisemnie poinformowany Najemca. Po wykonaniu naprawy koncentrator pierwotnie przypisany do Użytkownika musi zostać niezwłocznie do niego zwrócony.
16. W przypadku, gdy w kolejnych latach kalendarzowych, tj. od 2020 lub 2021 roku obowiązywania niniejszej umowy, Narodowy Fundusz Zdrowia nie zakontraktuje usługi Domowego Leczenia Tlenem u Najemcy, wypowie lub rozwiąże istniejącą umowę o świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, umowa niniejsza traci moc z dniem, od którego usługa Domowego Leczenia Tlenem nie została zakontraktowana bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, natomiast jeżeli ilość zakontraktowanych świadczeń ulegnie zmniejszeniu, z przyczyn dotyczących pacjentów wówczas strony zmniejszają ilość najmowanych koncentratorów.
17. O braku zakontraktowania usługi z NFZ Najemca poinformuje Wynajmującego w ciągu 7 dni od daty otrzymania dokumentu z NFZ potwierdzającego ten fakt. Fizyczny odbiór koncentratorów od Użytkowników nastąpi w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty wygaśnięcia umowy. Zmniejszenie ilości potrzebnych dla pacjentów koncentratorów przekazywane będzie na bieżąco w trakcie realizacji umowy.