



Śląskie.

Jednostka ochrony zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze • tel: 32 22 13 661 • fax: 32 22 15 920

www.szpitalorzese.pl • sekretariat@szpitalorzese.pl

NIP: 635-15-71-599 • REGON: 276184500

Orzesze, dnia 26.11.2019 r.

Do wszystkich zainteresowanych

I Działając na podstawie art. 38 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych udziela się wyjaśnień w przedstawionych kwestiach dotyczących przetargu nieograniczonego na: „Zakup łóżek specjalistycznych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu - 2” - ZP/PN/14/2019

Pytania 1

Łóżko

Pyt. 1

dotyczy punktu 10 opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w rozumieniu punktu nr 10, dopuści barierki wykonane ze stopu aluminium?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

dotyczy punktu 20 opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści wymiary całkowite łóżka wynoszące:

długość: 217 cm

szerokość: 97 cm

Parametry te bardzo nieznacznie różnią się od wymaganych, które można uznać za równoważne

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3

dotyczy punktu 20 opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści leże o wymiarach:

długość: 192 cm

szerokość: 83 cm

Parametry te bardzo nieznacznie różnią się od wymaganych, które mogą być uznane za równoważne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4

dotyczy punktu 20 opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne - leże wypełnione stalowymi

panelami. Każdy z segmentów leża wykonany z pojedynczego elementu. Każdy segment wyposażony w otwory zapewniające cyrkulację powietrza. Leże przystosowane do reanimacji pacjenta, łatwe w czyszczeniu oraz dezynfekcji.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 5

dotyczy punktu 20 opisu przedmiotu zamówienia



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



KRS: 0000064521

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości leża wynoszącą 400 - 700 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Szafka przyłóżkowa 10 szt.

Pyt. 6

dotyczy punktu 23 opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne - szafkę wyposażoną w szufladę na prowadnicach ślizgowych przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ (pkt 23 załącznika nr 1 do SIWZ).

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

II Zamawiający na podst. art. 38 ust 4 ustawy PZP dokonuje zmiany treści SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na: „Zakup łóżek specjalistycznych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu - 2” - ZP/PN/14/2019

1. SIWZ, ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

było:

„...Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 29.11.2019 r. do godz. 10:00 ...”

po zmianie ma być:

„...Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 02.12.2019 r. do godz. 11:00 ...”

2. SIWZ, ROZDZIAŁ X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

było:

„2. Termin składania ofert.

Upływa dnia 29.11.2019 r. do godz. 10:00

3. Termin otwarcia ofert.

Dnia 29.11.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego – Szpital Chorób Płuc w Orzeszu, ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze...”

po zmianie ma być:

„2. Termin składania ofert.

Upływa dnia 02.12.2019 r. do godz. 11:00

3. Termin otwarcia ofert.

Dnia 02.12.2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego – Szpital Chorób Płuc w Orzeszu, ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze...”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. Dyrektora Szpitala

GŁÓWNY KSIĘBOWY
Barbara Grab
mgr Barbara Grab